

SERTIFIKAT KALIBRASI

PT. SUGIH INSTRUMENTO ABADI selaku produsen produk alat kesehatan merk ABNTM - Indonesia, dengan ini menyatakan bahwa produk tersebut telah dikalibrasi berdasarkan standar QC pabrik dan alat berfungsi dengan baik.


ABNTM DM-500
**(Professional Digital Sphygmomanometer with Mercurial
Style of LCD Column Display)**

NO	SERIAL NUMBER	PENYIMPANGAN < 2 mmHg*
1.	191-003-880	Passed

*Menurut Referensi :

European Standards EN 1060 – 1/2 maupun American National Standard ANSI/ AAMI dimana Maksimum toleransi adalah ± 3 mmHg.

Bandung, 31 Oktober 2019



AP. Budi Sanyoto
Direktur Operasional



PT. ASTAMA MEDIKA

Laboratorium Kalibrasi Peralatan Medis

Calibration Laboratory of Medical Equipment

SERTIFIKAT PENGUJIAN

Test Report

Nomor Order

: 496/NO-AMK/XII/2019

Nomor Pengujian

: A.06/1/041/NS-AMK/XII/19

Order Number

Test Number

Identitas Pemilik

Owner/Ident/Institution

Nama

Designation

Alamat

Address

: UPT PUSKESMAS SUNGAI PAKNING

: Jl. Jendral Sudirman Sungai Pakning

Identitas Alat

Instrument Details

Nama

Name

Merak Pabrik

Manufacturer

Tipe

Type

Nomor Seri

Serial Number

Ruangan

Room

Bertaku Hingga

Valid to

: CENTRIFUGE

: GEMMY

: PLC

: 1408175

: LABORATORIUM

: 16 Desember 2020

Laporan pengujian ini terdiri dari 3 halaman

This Test Report comprises of 3 pages

Diterbitkan tanggal 31 Desember 2019

Date of Issue

Manajer Umum
General Manager



Aek Herawan, AMTE

Kantor : Jl. Meneng Nipa, Ruko Meland Meneng Blok 1 - 1 No. 11, Ujung Meneng, Cakung - Jakarta Timur.
Telp. 021 - 2245 1506 Email: astama.medika@gmail.com Web: astamamedika.com

dan dan rekonesansi diri
Dianggap valid, teralipis, non portabel dan non portable jika digunakan di laboratorium.
Repaired by PT. ASTAMA MEDIKA dan Sertifikat ini sah bila dibubuhi cap PT. ASTAMA MEDIKA





PT. ASTAMA MEDIKA
Laboratorium Kalibrasi Peralatan Medis
Calibration Laboratory of Medical Equipment

SERTIFIKAT PENGUJIAN
Test Report

Nomor Order : 496/NO-AMK/XII/2019

Order Number

Nomor Pengujian : A.06/1/042/NS-AMK/XII/19

Test Number

Identitas Pemilik

Owner Identification

Nama : UPT PUSKEMAS SUNGAI PAKNING

Organization

Alamat : Jl. Jendral Sudirman Sungai Pakning

Address

Identitas Alat

Instrument Details

Nama : CENTRIFUGE HEMATOKRIT

Name

Merak Pabrik : GEMMY

Manufacturer

Type : KHT-410 E

Type

Nomor Seri : FM/01/IGD/PSP

Serial Number

Ruangan : LABORATORIUM

Room

Berlaku Hingga : 16 Desember 2020

Duration

Laporan pengujian ini terdiri dari 3 halaman
This Test Report comprises of pages

31 Desember 2019

Diterbitkan tanggal

Date of issue


Manajer Umum
General Manager



Aet Herawan, AMTE

Kantor : Jl. Menteng Nagas, Ruko Medika Menteng Blok L-1 No.11, Jl. Jling Menteng, Cakung - Jakarta Timur.
Phone : 021 - 2249 1506 Email: astama.medika@gmail.com Web: astamamedika.com

Ini dan rekomendasi lain
Dilancing tidak mengikat, mengidentifikasi dan mempublikasikan setiap bagian is terdapat
tanpa izin dari PT. ASTAMA MEDIKA





PT. ASTAMA MEDIKA

Laboratorium Kalibrasi Peralatan Medis

Calibration Laboratory of Medical Equipment

SERTIFIKAT KALIBRASI

Calibration Certificate

Nomor Order : 496/NO-AMK/XII/2019

Order Number

Nomor Sertifikat : A.16/247/NS-AMK/XII/19

Certificate Number

Identitas Pemilik

Owner Identification

Nama : UPT PUSKEMAS SUNGAI PAKNING

Designation

Alamat : Jl. Jendral Sudirman, Sungai Pakning

Address

Identitas Alat

Instrument Details

Nama : INFANT INCUBATOR

Name

Merek Pabrik : LOKAL

Manufacturer

Tipe : -

Type

Nomor Seri : INC/VK/001/PSP

Serial Number

Ruangan : POLI KIA

Room

Berlaku Hingga : 16 Desember 2020

Due To

Sertifikat ini terdiri dari 4 halaman
This Certificate consists of 4 pages

Diterbitkan tanggal 31 Desember 2019
Date of Issue

Manajer Umum
General Manager



Aek Herawan, AMTE

Kantor : Jl. Merising Naga, Ruko Meland Menteng Blok I - 1 No.11 Ujung Menteng, Cakung - Jakarta Timur.
Telp. : 021 - 2246 1505 Email: astama.mylab@gmail.com Web: astamamedika.com

ASTAMA MEDIKA
Dijamin valid, akurat, dan terpercaya. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi kami di nomor telepon atau email kami.



PT. ASTAMA MEDIKA dan Sertifikat ini sah bila disertai cap PT. ASTAMA MEDIKA



PT. ASTAMA MEDIKA
Laboratorium Kalibrasi Peralatan Medis
Calibration Laboratory of Medical Equipment

SERTIFIKAT KALIBRASI
Calibration Certificate

Nomor Order : 496/NO-AMK/XII/2019
Order Number

Nomor Sertifikat : A.48/304/NS-AMK/XII/19
Certificate Number

Identitas Pemilik
Owner Identification

Nama : UPT PUSKESMAS SUNGAI PAKNING
Designation
Alamat : Jl. Jendral Sudirman Sungai Pakning
Address

Identitas Alat
Instrument Details

Nama : MICROP/PETTE
Name
Merek Pabrik : SOCOREX
Manufacturer
Tipe : ACURA 815
Type
Nomor Seri : 17091583
Serial Number
Ruangan : LABORATORIUM
Room
Berlaku Hingga : 16 Desember 2020
Due To

Sertifikat ini terdiri dari 3 halaman
This Certificate comprises of

Diterbitkan tanggal 31 Desember 2019
Date of Issue

Manajer Umum
General Manager



Aek Herawan, AMTE

Kantor : Jl. Menlang Niaga, Ruko Melindo Menteng Blok L - 1 No. 11, Ujung Menteng, Cakung - Jakarta Timur.
Telp : 021 - 2246 1505 Email: astama.medika@gmail.com Web: astamamedika.com



Ditandatangani, menguji, dan memperdengarkan / mengkalibrasi sebagai bagian dari sertifikat ini
by/for PT. ASTAMA MEDIKA dan berdasar pada hasil uji dilakukan oleh PT. ASTAMA MEDIKA



PT. ASTAMA MEDIKA
 Laboratorium Kalibrasi Peralatan Medis
Calibration Laboratory of Medical Equipment

SERTIFIKAT KALIBRASI
Calibration Certificate

Nomor Order : 496/NO-AMK/XII/2019
Order Number

Nomor Sertifikat : A-48/305/NS-AMK/XII/19
Certificate Number

Identitas Pemilik
Owner Identification

Nama : UFT PUSKEMAS SUNGAI PAKNING
Description
Alamat : Jl. Jendral Sudirman Sungai Pakning
Address

Identitas Alat
Instrument Details

Nama : MICROPIPETTE
Name
Merek Pabrik : SOCOREX
Manufacturer
Tipe : ACURA 825
Type
Nomor Seri : 23091840
Serial Number
Ruangan : LABORATORIUM
Room
Berlaku Hingga : 16 Desember 2020
Due To

Sertifikat ini terdiri dari 3 halaman
This Certificate comprises of 3 pages

Diterbitkan tanggal 31 Desember 2019
Date of Issue

[Signature]
 Manajer Umum
 General Manager



Aek Herawan, AMTE



PT. ASTAMA MEDIKA
Laboratorium Kalibrasi Peralatan Medis
Calibration Laboratory of Medical Equipment

SERTIFIKAT KALIBRASI
Calibration Certificate

Nomor Order
Order Number : 496/NO-AMK/XII/2019

Nomor Sertifikat
Certificate Number : A.49/139/NS-AMK/XII/19

Identitas Pemilik
Owner Identification

Nama
Description : UPT PUSKEMAS SUNGAI PAKNING
Alamat
Address : Jl. Jendral Sudirman Sungai Pakning

Identitas Alat
Instrument Details

Nama
Name : MICROSCOPE
Merek Pabrik
Manufacturer : OLYMPUS
Tipe
Type : CX 21
Nomor Seri
Serial Number : 8F12307
Ruangan
Room : LABORATORIUM
Berlaku Hingga
Due To : 16 Desember 2020

Sertifikat ini terdiri dari **3** halaman
This Certificate consists of 3 pages

Diterbitkan tanggal **31 Desember 2019**
Date of Issue

Manajer Umum
General Manager



Kantor : Jl. Menteng Raya, Ruko Menteng Mending Blok I - 1 No.11, Ujung Menteng, Cakung - Jakarta Timur
Telp. : 021 - 2246 1506 Email : astama.medika@gmail.com Web : astamamedika.com

Diunduh/tersedia melalui mesin pencari dan merupakan salinan sebagian di sertifikasi
tersebut PT. ASTAMA MEDIKA dan Sertifikat ini sah bila obtained cap PT. ASTAMA MEDIKA





PT. ASTAMA MEDIKA
Laboratorium Kalibrasi Peralatan Medis
Calibration Laboratory of Medical Equipment

SERTIFIKAT KALIBRASI
Calibration Certificate

Nomor Order
Order Number : 496/NO-AMK/XII/2019

Nomor Sertifikat
Certificate Number : A.49/140/NS-AMK/XII/19

Identitas Pemilik
Owner Identification

Nama : UPT PUSKEMAS SUNGAI PAKNING

Desa/kelurahan

Alamat : Jl. Jendral Sudirman Sungai Pakning

Address

Identitas Alat
Instrument Details

Nama : MICROSCOPE

Name

Merek Pabrik : OLYMPUS

Manufacturer

Tipe : CX 21

Type

Nomor Seri : SPN/004/LB

Serial Number

Ruangan : LABORATORIUM

Room

Berlaku Hingga : 16 Desember 2020

Use To

Sertifikat ini terdiri dari 3 halaman
This Certificate comprises of 3 pages

Diterbitkan tanggal 31 Desember 2019
Date of Issue

Manajer Umum
General Manager



Aek Herawan, AMTE

Kantor : Jl. Mangrove Niaga, Ruko Mediana Menteng Blok I - 1 No 11, Lembang Menteng, Cakung - Jakarta Timur
Telp : 021 - 2246 1596 Email: astama.medika@gmail.com Web: astamamedika.com



izin dan Akreditasi oleh



Dipromo sebagai penyedia jasa kalibrasi dengan menggunakan alat ukur yang telah terakreditasi oleh PT. ASTAMA MEDIKA dan sertifikat ini akan berlaku untuk PT. ASTAMA MEDIKA



PT. ASTAMA MEDIKA

Laboratorium Kalibrasi Peralatan Medis

Calibration Laboratory of Medical Equipment

SERTIFIKAT KALIBRASI

Calibration Certificate

Nomor Order : 496/NO-AMK/XII/2019

Nomor Sertifikat : A.22/404/NS-AMK/XII/19

Identitas Pemilik

Owner Identification

Nama : UPT PUSKESMAS SUNGAI PAKNING

Designation

Alamat : Jl. Jendral Sudirman Sungai Pakning

Address

Identitas Alat

Instrument Details

Nama : FLOW MIETER

Name

Merek Pabrik : AVICO

Manufacturer

Tipe : -

Type

Nomor Seri : FM/01/IGD/PSP

Serial Number

Ruangan : IGD

Room

Berlaku Hingga : 16 Desember 2020

Valid To

Sertifikat ini terdiri dari 3 halaman

This Certificate consists of 3 pages

Diterbitkan tanggal 31 Desember 2019

Date of Issue

Manajer Umum
General Manager



Aek Gerawan, AMTE

Kantor : Jl. Merdeka Nagas, Ruko Melindo Menteng Blok 1 - 1 No.11, Ljung Menteng, Cakung - Jakarta Timur.
Telp. 021 - 2246 1508 Email: astama.medika@gmail.com Web: astamamedika.com

dan dan rekonesasi oleh
Di bawah tanda merk ini terdapat logo dan merupakan bagian integral dari sertifikat ini
Organisasi PT ASTAMA MEDIKA dan Sertifikat ini sah bila dilubangi cap PT ASTAMA MEDIKA



SERTIFIKAT KALIBRASI
Calibration Certificate

Nomor Order
Order Number : 496/NC-AMK/XII/2019

Nomor Sertifikat
Certificate Number : A.28/082/NS-AMK/XII/19

Identitas Pemilik
Owner Identification

Nama
Designation : UPT PUSKESMAS SUNGAI PAKNING

Alamat
Address : Jl. Jendral Sudirman Sungai Pakning

Identitas Alat
Instrument Details

Nama
Name : SUCTION PUMP

Merek Pabrik
Manufacturer : AFA

Tipe
Type : AC-500

Nomor Seri
Serial Number : 9055253

Ruangan
Room : UGD

Berlaku Hingga
Due To : 16 Desember 2020

Sertifikat ini terdiri dari 3 halaman
This Certificate comprises of 3 pages

Diterbitkan tanggal 31 Desember 2019
Date of Issue

Manajer Umum
General Manager





PT. ASTAMA MEDIKA

Laboratorium Kalibrasi Peralatan Medis

Calibration Laboratory of Medical Equipment

SERTIFIKAT KALIBRASI

Calibration Certificate

Nomor Order
Order Number

: 456/NO-AMK/XII/2019

Nomor Sertifikat

: A.29/180/NS-AMK/XII/19

Identitas Pemilik
Owner Identification

Nama
Designation

: UPT PUSKESMAS SUNGAI PAKNING

Alamat
Address

: Jl. Jendral Sudirman Sungai Pakning

Identitas Alat
Instrument Details

Nama
Name

: STERILISATOR KERING

Merek Pabrik
Manufacturer

: SANI

Tipe
Type

: -

Nomor Seri
Serial Number

: 09.2017

Ruangan
Room

: POLI GIGI

Berlaku Hingga
Due To

: 16 Desember 2020

Sertifikat ini terdiri dari 3 halaman

This Certificate comprises of 3 pages

Diterbitkan tanggal 31 Desember 2019

Date of Issue

Manajer Umum
General Manager



Aek Herawan, AMTE

Kantor : Jl. Menteng Niaga, Ruko Menteng Menteng Blok I - 1 No.11, Ljung Menteng, Cikarang - Jakarta Timur.
Telp : 021 - 2246 1506 Email: astama.medika@gmail.com Web: astamamedika.com



Di bawah bimbingan dan pengawasan Badan Penyelenggara Akreditasi Nasional (BPAN) dan rekomendasi dari PT. ASTAMA MEDIKA dan BAKHAR.



ASTAMIA MEDIKA



PT. ASTAMA MEDIKA YKAN
 Komite Akreditasi Nasional
 Laboratorium Kalibrasi
 LA-171-BN

Laboratorium Kalibrasi Perlatan Medis
 Calibration Laboratory of Medical Equipment

SERTIFIKAT KALIBRASI
Calibration Certificate

Nomor Order
Order Number : 496/NO-AMK/XII/2019

Nomor Sertifikat
Certificate Number : A.31/1093/NS-AMK/XII/19

Identitas Pemilik
Owner Identification

Nama
Designation : UPT PUSKESMAS SUNGAI PAKNING
Alamat
Address : Jl. Jendral Sudirman Sungai Pakning

Identitas Alat
Instrument Detail

Nama
Name : SPHYGMOMANOMETER
Merrek Pabrik
Manufacturer : ADC
Type
Type : MERCURIAL
Nomor Seri
Serial Number : 1702067
Ruangan
Room : POLI UMUM
Berlaku Hingga
Due To : 16 Desember 2020

Sertifikat ini terdiri dari 3 halaman
This Certificate comprises of pages
 Diterbitkan tanggal 31 Desember 2019
Date of Issue

Manajer Umum
General Manager



Aek Herawan, AMTE

SERTIFIKAT KALIBRASI
Calibration Certificate

Nomor Order : 496/NO-AMK/XII/2019

Nomor Sertifikat : A.32/362/NS-AMK/XII/19

Identitas Pemilik

Owner Identification

Nama : UPT PUSKEMAS SUNGAI PAKNING
Alamat : Jl. Jendral Sudirman Sungai Pakning

Identitas Alat

Instrument Details

Nama : TIMBANGAN BAYI
Merek Pabrik : GEA
Type : -
Nomor Seri : TBY/KIA/001/PSP
Ruangan : POLI KIA
Berlaku Hingga : 16 Desember 2020

Sertifikat ini terdiri dari 3 halaman
The Certificate comprises of 3 pages

Diterbitkan tanggal 31 Desember 2019
Date of Issue

Manajer Umum
General Manager



Aek Herawan, AMTE



SERTIFIKAT KALIBRASI
Calibration Certificate

Nomor Order : 496/NO-AMK/XII/2019

Order Number

Nomor Sertifikat : A.33/637/NS-AMK/XII/19

Certificate Number

Identitas Pemilik

Owner Identification

Nama : UPT PUSKEMAS SUNGAI PAKNING

Designation

Alamat : Jl. Jendral Sudirman Sungai Pakning

Address

Identitas Alat

Instrument Details

Nama : TIMBANGAN DEWASA

Name

Merek Pabrik : ONEMED

Manufacturer

Tipe : EB-9312

Type

Nomor Seri : C.13110577245

Serial Number

Ruangan : POLI KIA

Room

Berlaku Hingga : 16 Desember 2020

Due To

Sertifikat ini terdiri dari 4 halaman


This Certificate comprises of

pages

Diterbitkan tanggal 31 Desember 2019

Date of Issue

Manajer Umum
General Manager





PT. ASTAMA MEDIKA

Laboratorium Kalibrasi Peralatan Medis
Calibration Laboratory of Medical Equipment

SERTIFIKAT KALIBRASI

Calibration Certificate

Nomor Order
Order Number : 496/NO-AMK/XII/2019

Nomor Sertifikat
Certificate Number : A.33/638/NS-AMK/XII/19

Identitas Pemilik
Owner Identification

Nama
Designation : UPT PUSKESMAS SUNGAI PAKNING
Alamat
Address : Jl. Jendral Sudirman Sungai Pakning

Identitas Alat
Instrument Details

Nama
Name : TIMBANGAN DEWASA
Merek Pabrik
Manufacturer : SANI
Tipe
Type : -
Nomor Seri
Serial Number : SP/TD/001
Ruangan
Room : POLI LUMUM
Berlaku Hingga
Due To : 16 Desember 2020

Sertifikat ini terdiri dari 4 halaman
This Certificate comprises of 4 pages

Diterbitkan tanggal 31 Desember 2019
Date of Issue

Manajer Umum
General Manager




Aek Herawan, AMTE

Kantor : Jl. Mesling Niaga, Ruko Melend Melend Blok L - 1 No.11, Ujung Menteng, Cakung - Jakarta Timur.
Telp : 021 - 2245 1505 Email: astama.mediika@gmail.com Web: astamamediika.com

dan dan rekam medis dan

Dilampirkan kartu referensi / lampiran yang dapat dipertanggungjawabkan dan / atau dapat dipertanggungjawabkan oleh PT. ASTAMA MEDIKA dan / atau dapat dipertanggungjawabkan oleh PT. ASTAMA MEDIKA





PT. ASTAMA MEDIKA
Laboratorium Kalibrasi Peralatan Medis
Calibration Laboratory of Medical Equipment

SERTIFIKAT KALIBRASI
Calibration Certificate

Nomor Order
Order Number : 496/NO-AMK/XII/2019

Nomor Sertifikat
Certificate Number : A.33/639/NS-AMK/XII/19

Identitas Pemilik
Owner Identification

Nama
Designator : UPT PUSKEMAS SUNGAI PAKNING
Alamat
Address : Jl. Jendral Sudirman Sungai Pakning


Identitas Alat
Instrument Details

Nama
Name : TIMBANGAN DEWASA
Merak Pabrik
Manufacturer : SECA
Tipe
Type : 703
Nomor Seri
Serial Number : 5769267167348
Ruangan
Room : POLI UMUM
Berlaku Hingga
Due To : 16 Desember 2020

Sertifikat ini terdiri dari 4 halaman
This Certificate consists of 4 pages

Diterbitkan tanggal 31 Desember 2019
Date of Issue

Manajer Umum
General Manager



Aek Herawati, AMTE

Kantor : Jl. Meranti Nagra, Ruko Meland Menteng Blok I - 1 No.11, Ujung Menteng, Cakung - Jakarta Timur.
Telp : 021 - 2246 1506 Email: astama.medika@gmail.com Web: astamamedika.com

Salah satu persyaratan untuk memperoleh dan mempertahankan sertifikasi ini adalah melakukan kalibrasi secara berkala dan sesuai dengan standar yang berlaku. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami di nomor telepon atau email yang tertera di atas.



Salah satu persyaratan untuk memperoleh dan mempertahankan sertifikasi ini adalah melakukan kalibrasi secara berkala dan sesuai dengan standar yang berlaku. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami di nomor telepon atau email yang tertera di atas.



PT. ASTAMA MEDIKA
Laboratorium Kalibrasi Peralatan Medis
Calibration Laboratory of Medical Equipment

SERTIFIKAT KALIBRASI
Calibration Certificate

Nomor Order : 496/NO-AMK/XII/2019

Order Number

Nomor Sertifikat : A.36/130/NS-AMK/XII/19

Certificate Number

Identitas Pemilik

Owner Identification

Nama : UPT PUSKESMAS SUNGAI PAKNING
Organization

Alamat : Jl. Jendral Sudirman Sungai Pakning
Address

Identitas Alat

Instrument Details

Nama : ULTRASONOGRAPH
Name

Merek Pabrik : MINDRAY
Manufacturer

Tipe : DP-2200
Type

Nomor Seri : NC-74118936
Serial Number

Ruangan : POLI KIA
Room

Berlaku Hingga : 16 Desember 2020
Exp. To

Sertifikat ini terdiri dari 3 halaman
This Certificate comprise of pages

Diterbitkan tanggal 31 Desember 2019
Date of issue

Manajer Umum
General Manager



Aek Herawan, AMTE

Kantor : Jl. Mawang Naga, Ruko Melindo Merting Blok I - 1 No.11, Ujung Merting, Cakung, Jakarta Timur.
Telp. : 021 - 2249 1506 Email : astamamedika@gmail.com Web : astamamedika.com

Halaman ini direkomendasikan oleh



Diartikan bahwa prosedur kalibrasi yang dilakukan oleh PT ASTAMA MEDIKA dan Sertifikat ini sah dan dibantu oleh PT ASTAMA MEDIKA



PT. ASTAMA MEDIKA
Laboratorium Kalibrasi Peralatan Medis
Calibration Laboratory of Medical Equipment

SERTIFIKAT PENGUJIAN

Test Report

Nomor Order
Order Number : 496/NO-AMK/XII/2019

Nomor Pengujian
Test Number : A.45/163/NS-AMK/XII/19

Identitas Pemilik
Owner identification

Nama : UPT. PUSKESMAS SUNGAI PAKNING

Designation

Alamat : Jl. Jendral Sudirman Sungai Pakning

Address

Identitas Alat

Instrument Details

Nama : DENTAL UNIT

Name

Merek Pabrik : JO SUAREZ

Manufacturer

Tipe : PERFECT

Type

Nomor Seri : 37455

Serial Number

Ruangan : POLI GIGI

Room

Berlaku Hingga : 16 Desember 2020

Due To

Laporan pengujian ini terdiri dari 3 halaman
This test report comprises of pages

Diterbitkan tanggal 31 Desember 2019

Date of Issue

Manajer Umum
General Manager



Aek Herawan, AMTE

Kantor : Jl. Menteng Negeri, Ruko Menteng Menteng Blok 1 - 1 No.11, Ujung Menteng, Cakung - Jakarta Timur.
Telp. 021 - 2246 1506 Email: astama.medika@gmail.com Web: astamamedika.com

izin dan rekomendasi oleh



Dilangka kertas pengalihan / meyerahkan hak / mempublikasikan sebagian isi sertifikat ini hanya oleh PT. ASTAMA MEDIKA dan sertifikat ini sah bila dibantu oleh PT. ASTAMA MEDIKA

DOKUMENTASI KALIBRASI 16 DESEMBER 2019

